

江门市第三人民医院院内 采购项目招标文件

项目名称：江门市第三人民医院精神康复病区购置部分医疗设备项目

项目编号：JMSY20220013

采购人：江门市第三人民医院

总务后勤科编制

发布日期：2022 年 7 月

目 录

第一部分 竞争性磋商邀请函	3
一、项目基本情况	3
二、响应人的资格要求:	3
三、获取采购文件	4
四、响应文件提交	4
五、评标时间	5
六、公告期限	5
七、其他补充事宜	5
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	5
第二部分 响应人须知	6
一、响应文件的编制	6
二、评分标准	8
第三部分 用户需求书	10
一、商务要求	10
二、技术要求	10
三、服务要求:	12
四、合同履行期限:	13

第一部分 竞争性磋商邀请函

一、项目基本情况

项目编号：JMSY20220013

项目名称：江门市第三人民医院精神康复病区购置部分医疗设备项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：158000 元

采购需求：详见用户需求书

序号	采购标的	单位	数量	技术规格、参数及要求	备注
1	病床	张	62	详见需求书	
2	床垫	张	62	详见需求书	
3	治疗车	台	2	详见需求书	
4	急救车	台	1	详见需求书	
5	输液架	个	3	详见需求书	
6	氧气袋及氧气装置	套	1	详见需求书	

二、响应人的资格要求：

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 本项目的特定资格要求：

（1）响应人应当是中华人民共和国境内合法注册的具有合法经营资格的法人或其他合法组织，具有良好的信誉；

(2) 本项目属于专门面向中小企业采购的项目;

(3) 响应人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限届满的除外);【以采购代理机构在开标现场通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询的信用信息为准。】

(4) 响应人必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 规定:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动;

(5) 本项目不接受联合体响应。

注:若分公司响应的,应当取得具有法人资格的总公司出具给分公司的有效授权。

三、获取采购文件

时间:2022年7月28日至2022年8月3日,每天上午09:00:00至12:00:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外)

地点:江门市蓬江区胜利路161号(江门市第三人民医院总务后勤科)。

方式:现场报名。

购买投标文件时须提交以下资料:

(1) 营业执照复印件加盖公章;

(2) 经办人如为法定代表人,需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件并加盖公章;

(3) 经办人如为响应人授权代表,需提供法定代表人授权书及授权代表身份证复印件并加盖公章。

四、响应文件提交

截止时间:2022年8月4日9时00分00秒(北京时间)

地点:江门市蓬江区胜利路161号(江门市第三人民医院总务后勤科)。

五、评标时间

时间：2022 年 8 月 4 日 9 时 00 分 00 秒（北京时间）（如有调整另行通知）

地点：江门市蓬江区胜利路 161 号（江门市第三人民医院总务后勤科）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 工作日。

七、其他补充事宜

接收响应文件时间：2022 年 8 月 4 日上午 08：00-09：00。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：江门市第三人民医院

地 址：江门市蓬江区胜利路 161 号

联系方式：0750-3509390

江门市第三人民医院

发布时间：2022 年 7 月 28 日

第二部分 响应人须知

一、响应文件的编制

1. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

(1) 响应人对竞争性磋商响应文件的编制应按要求打印、盖章、装订和封装。

(2) 响应人提交的响应文件以及响应人与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

(3) 响应人应对响应货物/服务提供完整的详细的技术说明。

(4) 响应人所投报的产品必须是本国产品，应确保采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

2. 磋商总价要求

(1) 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入磋商总价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在磋商总价中

(2) 响应人应用人民币报价，报价不得超过项目预算价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

1) 响应人报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

3. 竞争性磋商响应文件的式样和签署

(1) 响应人应提交响应文件正本一份和副本四份，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

(2) 所有正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对响应人有约束力的代表在正本上要求的地方签字。

(3) 响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件的签字人用

姓氏或首字母在旁边签字才有效。

(4) 在磋商文件中已明示需盖章及签名之处，正本均须加盖响应人公章，并经响应人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

(5) 传真和电传的响应文件将被拒绝。

(6) 评标委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 响应文件的密封和标记

(1) 响应人应将响应文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明磋商编号、响应项目名称、响应人名称，并注明“正本”或“副本”。

(2) 响应文件需由专人送交。响应人应按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照磋商文件中注明的开标时间和地址送至采购人。

(3) 如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

(4) 采购人将拒绝接收密封不完好的响应文件。

5. 响应文件的修改

在提交谈判磋商文件截止时间之前，响应人可以修改其响应文件，但必须以书面形式通知采购人。在提交谈判磋商文件截止时间之后，除非在磋商期间应磋商小组的要求，否则响应人不可以修改其响应文件内容。

6. 响应文件的递交与撤回

(1) 响应人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点递交响应文件。迟于提交谈判磋商文件截止时间递交的响应文件将被视为无效。

(2) 磋商期间应磋商小组要求所作的磋商修改和最终响应应在磋商小组规定的时间内递交。

(3) 提交谈判磋商文件截止时间前响应人可以撤回响应，但在提交谈判磋商文件截止时间之后不允许撤回响应。

二、评分标准

本次评标采用综合评分方法，评标以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。本项目的评分权重及评标因素如下：

（一）技术评分表（分值 45 分）

序号	评分项	分值	评分细则及分值范围
1	设备的配置/技术参数	45 分	专家评审投标人所投报产品的技术参数对技术要求的响应情况，技术参数完全满足遴选要求的得 50 分，不满足技术参数要求的，每项扣 1 分，扣完为止。 注：如有要求提供相关证明文件的，需提供相关证明文件复印件并加盖投标人单位公章，不提供不得分。
合计		45 分	

注：1. 本表中如需提供证书（或证明文件）的需提供复印件方可得分，不提供不得分。

2. 本表要求提供的证书等证明文件，如涉及有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

（二）商务评分表（分值 30 分）

序号	评分项	分值	评分细则及分值范围
1	项目实施进度方案、实施能力	10 分	专家评审各投标人项目实施进度方案、实施能力进行评审，包括对产品运输、装卸、交货、安装调试、验收、技术使用培训等方案： 1、具有完善项目实施进度方案，良好的实施安装能力，方案思路清晰、目标明确、科学合理、可操作性强，对项目需求可操作性强的，得 10 分； 2、具有较完善实施进度方案和实施安装能力，方案思路清晰、目标明确、科学合理且可操作性一般，对项目需求可操作性较强的，得 6 分； 3、未提供完善的实施方案，方案思路清晰、目标明确、科学合理，但可操作性差，对项目需求理解一般的，得 3 分； 注：无实施方案的不得分。
2	项目业绩	10 分	投标人 2019 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）具有同类项目销售业绩的，每项得 2.5 分，本项最高得分为 10 分。 注：需提供项目合同复印件，并加盖投标人单位公章。

序号	评分项	分值	评分细则及分值范围
3	售后维保服务方案	8 分	专家评审各投标人售后服务方案进行评审，包括售后服务机构、人员设置是否合理，售后服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、优质、专业的售后服务。 1、具有完善的售后服务方案，各阶段服务计划详尽，综合评价最优的，得 8 分； 2、具有较完善的售后服务方案，各阶段服务计划较详尽，综合评价良好的，得 5 分； 3、未提供完善售后服务方案，各阶段服务计划一般，综合评价较差的，得 2 分； 注：不提供不得分。
4	响应文件完整性	2 分	专家评审各投标人的响应文件完整性进行评审： 1、响应文件的完整性好的，得 2 分； 2、响应文件的完整性一般的，得 1 分； 3、响应文件的完整性较差的，得 0 分。
合计		30 分	

注：1. 本表中如需提供证书（或证明文件）的需提供复印件方可得分，不提供不得分。

2、本表要求提供的证书等证明文件，如涉及有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

（三）价格评分（分值 25 分）

价格评分：将评标委员会进行价格扣除后的投标报价，取满足招标文件要求且价格扣除后的最低投标报价作为评标基准价，**定评标基准价的价格评分为 25 分**。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格扣除后的投标报价得分（精确到小数点后 4 位）= 评标基准价 / 价格扣除后的评标价格 × 25

第三部分 用户需求书

一、商务要求

(1) 本次磋商内容为江门市第三人民医院精神康复区购置部分医疗设备项目，响应人须对本项目的所有服务内容进行整体响应，任何只对服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

(2) 响应人应当说明与本项目类似的其它项目的业绩和服务情况等。

(3) 响应人应当提供相关资料，以证明其经营状况以履约能力。

(4) 响应人在保证质量的前提下，在本期服务有效期内完成所有工作内容。

(5) 响应人如属于小型和微型企业的，应在响应文件中提供相关证明材料。

(6) 采购合同由成交响应人与采购人签订。

(7) 管理及监督:采购人协助成交响应人进行相关服务工作。采购人将派专人监督成交响应人相关服务工作标准，并有权不定期对成交响应人的相关服务工作进行满意度调查。

(8) 付款方式:分期付款

1) 合同签订生效后的 30 个工作日内，将合同总金额的30%支付给乙方

2) 项目验收合格后的 30 个工作日内，将合同总金额的70%支付给乙方。

(9) 响应人必须由法定代表人或委托代理人参加本次采购项目的磋商，参加磋商的法定代表人或委托代理人须携带本人身份证原件亲自出席磋商会议，随时接受磋商小组的询问，并就有关问题予以正式解答。

二、技术要求

(一) 病床：

1、不锈钢材质，规格外形尺寸：长度 2060mm,床面宽度 900mm，高 530mm

2、床面尺寸（含床母）：1900X900mm

3、功能：

(1) 承载重量：≥200kg；

(2) 床头尾拼为半圆形，坚实牢固、美观大方。

(3) 床底具备左右前后 6 个引流尿袋挂钩，6 个点滴架插孔

(4) 床底面整体离地距离 460mm 以上，便于临床检查操作及卫生清洁。

(5) 材质：床面采用：30X15X0.8mm 不锈钢扁管隔条，便于透气。

- 4、床母采用不锈钢板 T1.0mm 厚一次性压折成型；
- 5、前后床拼采用 $\Phi 32 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆, 横梁为 $\Phi 22 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆, 竖向加强为 $\Phi 16 \times 0.8\text{mm}$ 不锈钢圆。
- 6、配不锈钢输液杆一支, , 后拼不配插卡槽。

(二) 床垫

- 1、规格 L1900×W840×H70mm
- 2、与病床配套；可跟据床的背部、脚部、腿部升降而升降；
- 3、透气性好，能防水；
- 4、跟据需要可做成三折、两折、普通床垫
- 5、材质：
 - (1) 医学专用床垫，外套采用防水皮套；
 - (2) 内层采用优质海绵加机压棕，海绵厚 50mm 海绵密度达到 30+, 机压棕厚为 20mm, 经防虫处理；

(三) 治疗车

- 1、规格 外形尺寸：
640mm(L)×450mm(W)×800+80mm(H) (中号)
- 2、功能：
 - (1) 整车共分二层，台面下有双抽屉，抽屉装三折导轨；
 - (2) 正面右柱上配有 $\Phi 200$ 污物圈活动, 可上下调节及内外旋转, 便于放污物桶；
 - (3) 每层都配有三面围栏，围栏高 80mm；
 - (4) 右边配有推手，方便推动；
- 3、材质：
 - (1) 整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；
 - (2) 面板、层板采用 T0.9mm 不锈钢压折成型；
 - (3) 四柱及推手采用 $\Phi 22 \times 1.0$ 不锈钢圆管；
 - (4) 采用万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好；
 - (5) 围栏采用 $\Phi 13 \times 1.0$ 不锈钢圆管；

(四) 急救车

- 1、规格外形尺寸：650mm(L)×420mm(W)×870mm(H)
- 2、功能：
 - (1) 上盖内装有人造革皮小药格，上盖可后翻到 100° ；
 - (2) 带二个抽屉，抽屉装三折导轨，抽拉轻松顺畅；
 - (3) 下柜无层板，柜门带锁；
 - (4) 右侧面上部有一活动拉盘；
 - (5) 活动拉盘下面有一层板，内可放输液瓶或其它物品；
 - (6) 左边配有推手，推手管为 $\Phi 25 \times 1.2$ 不锈钢圆管；
- 3、材质：
 - (1) 板料采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；
 - (2) 面板、柜身料厚 T0.8mm，层板、抽屉、拉盘、门料厚 T0.7m；
 - (3) 抽屉采用三折走珠导轨，推拉顺畅，无燥音；
 - (4) 此车采用 4 寸万向轮，高耐磨，无噪音，其中两轮带刹车装置，稳定性好；

- (5) 桥形拉手, 配不锈钢输液杆一支;
- (6) 整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。

(五) 输液架

- 1、规格外形尺寸: 高度可由 1330mm 升到 2230mm
- 2、技术参数:
 - (1) 内架可上下伸缩最高可升到 2230mm, 升到适当位置时可用旋扭固定。
 - (2) 不锈钢管焊接成十字底座, 且带轮, 便于移动;
 - (3) 输液架采用不锈钢管焊接而成, 外管为 $\Phi 25 \times T1.0$ 圆管, 内管为 $\Phi 22 \times T1.0$ 圆管;

(六) 氧气袋及氧气装置

1、氧气袋

- (1) 氧气袋应符合本标准要求, 并按规定程序批准的图样及技术文件制造。
- (2) 外观: 2.1 氧气袋的外表面应整洁, 美观\无毛边; 氧气袋的粘接应牢固, 不应有开裂现象; 氧气袋用导管的色泽应均匀一致, 壁厚均匀。
- (3) 氧气袋耐压强度: 15MPa .
- (4) 气密性: 氧气袋充 15MPa 氧气, 静置 24h, 氧气袋压强不变。
- (5) 氧气袋的尺寸应符合: 氧气袋按尺寸分为三个型号: 72X45cm 60X45cm 60X35cm

2、氧气装置

- (1) 性能: 产品装有压力表和流量计, 吸氧时氧压表指示氧气瓶内氧气压力并且内含稳压装置, 输出稳定, 供氧器流量在 (0-5) 升/分钟范围内连续可调。
- (2) 产品由氧气瓶、安全阀、流量开关、减压器、吸氧管、氧气压力表、加湿器、连接管组成。另配备氧气瓶推车。

三、服务要求:

(1) 响应人(非广东省内注册的)应当在广东省内设有固定的售后服务机构(可正式注册或委托形式, 必须提供相关证明材料)。

(2) 响应人必须具备相应的维护保养服务能力, 能提供完善的售后服务(包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等)。

(3) 响应人需为采购人的技术人员提供实地设备操作、维护培训等服务。

(4) 提供至少1年的免费保修(质保期), 终身提供技术咨询及设备维护。质保期内, 若设备配件非自然损坏或质量问题, 采购人需支付更换配件费用; 而正常使用条件下, 设备配件应免费更换。质保期后, 中标响应人应提供咨询服务及以不高于国内市场价格的有偿的设备维修服务。

（5）响应人应当有隶属本单位的可随时上门作维修及检测的工程师及相关技术人员，并且能在接到报修电话后1小时内作出实质性响应，24小时内到达现场维修；若有需要，厂家工程师48小时到达现场维修。

四、合同履行期限：合同签订生效后 10 个日历天内完成交货及安装调试并提交采购人验收。